

273-19-2024 - OSEBNA VAROVALNA OPREMA- RTG ZAŠČITNA SREDSTVA – II.

Vabimo vas k oddaji ponudbe po spodaj navedenih kriterijih:

1) LASTNOSTI MATERIALA:

- Leadfree, Standard IEC 61331-1;
- preizkušena zaščita pred sevanjem v območju napetosti rentgenske cevi 50 kV- 110 kV ali 50 kV – 150 kV;
- zahtevan certifikat za določanje ekvivalenta svinca;
- magnetno ali velcro zapiranje;
- pralen material, kateri ne vsebuje per in polifluoriranih kemikalij;
- čim bolj preprost za oblačenje, slačenje in prijeten za uporabo;
- barve se določijo naknadno.

2) DEBELINA ZAŠČITE (mmPb)

- **DVODELNI ZAŠČITNI PLAŠČ**, sestavljen iz tunike in krila: debelina zaščite na sprednji strani **0,5 mmPb (2 X 0,25 mmPb)**, na zadnji strani pa **vsaj 0,25 mmPb** oz. enakovredno;
- **ENODELNI ZAŠČITNI PLAŠČ Z ZAŠČITO NA SPREDNJI STRANI**: debelina zaščite na sprednji strani **0,35 mmPb**, na zadnji strani pa brez zaščite ali **0,25 mmPb** oz. enakovredno, ojačan ramenski del z elastičnim materialom na hrbtni strani;
- **ZAŠČITA ZA ŠČITNICO – OVRATNIK**: debelina zaščite vsaj **0,5 mmPb** oz. enakovredno, magnetno zapiralo; možnost pritrditve zaščite za ščitnico na zaščitni plašč;
- **ZAŠČITNA OČALA** (z možnostjo dioptrije): sprednja in stranska zaščita vsaj **0,75mm Pb**.

3) MERE IN KOLIČINE:

- Mere **dvodelnih** zaščitnih plaščev:
 - 2 x S;
 - 5 x M;
 - 1 x L.
- Mere **enodelnih** zaščitnih plaščev:
 - 8 x S;
 - 8 x M.
- Mere zaščite za **ščitnico**
 - 18 X obseg cca 32 - 45 cm.
- Zaščitna **očala**
 - 2 X univerzalne mere Z dioptrijo, za ena očala naj bo steklo čim bolj ravno,
 - 14 X univerzalne mere BREZ dioptrije.

Ponudbi obvezno priložite katalog osebne varovalne opreme z jasno označenimi artikli iz vaše ponudbe ter pripadajoče certifikate.

Pred dokončno oddajo naročila, se predmetni artikli obvezno testirajo v naši ustanovi in sicer na naš poziv, po pregledu pravočasno prispelih ponudb.

Pripravila:

Manca Likar, mag. inž. rad. tehnol.

Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji

SB dr. Franca Derganca Nova Gorica

KONTAKTNA OSEBA:

Katarina Poša

Nabavna služba

Tel.: 05/330-1090

nabava@bolnisenica-go.si



Ul. padlih borcev 13a

5290 Šempeter pri Gorici

POVPRAŠEVANJE JE INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAVEZUJE K NAROČILU NAVEDENEGA BLAGA.

Prosim, da PONUDBO opremite z našim naslovom Splošna bolnišnica, »dr. Franca Derganca«, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici in pošljete na elektronski naslov: nabava@bolnisenica-go.si

PLAČILNI ROK: 30 DNI