

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 04.10.2021

Dni za plačilo:

Povpraševanje 21/0466

ŠEMPETER PRI GORICI, 01.10.2021

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. N009794	TEST HITRI ANTIGENSKI NA SARS-COV-2 za samotestiranje (kos=1test z vsemi komponentami za testiranje) Tehnične zahteve testa: •biti mora s strani proizvajalca namenjen za samotestiranje in enkratno uporabo, •ustrezati strokovnim zahtevam po $\geq 98\%$ specifičnost in $\geq 95\%$ občutljivost v primerjavi s PCR testi glede na izjavo proizvajalca, •biti verificiran z validirano referenčno metodo PCR, •biti mora ustrezno validiran in mora imeti certifikat CE priglašene organa s sedežem v EU ter sistem zagotavljanja kakovosti (npr. ISO 13485), •certifikat CE 98/79/EC, •testna palčka za odvzem brisa mora biti sterilna, •izvedba testa mora biti enostavna in varna, •navodila za uporabo testa morajo biti v slovenskem jeziku.	500 KOS	04.10.2021		
Skupaj : EUR					

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Zahteve naročnika:

- dostava v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo;
- ponudbi priložiti opis ponujenega identa, navodila za uporabo in potrebne certifikate;
- navesti ali je ponujeni ident na zalogi in najhitrejši datum dobave;
- DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail: lekarna@bolnisnica-go.si
- Tel. 05/33 01 682 ali 05/33 01 683

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 4.10.2021 do 09:00
- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.
- DDV mora biti zajet v ceni medicinskega pripomočka.

Sestavil povpraševanje:

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm