

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 14.12.2020

Dni za plačilo:

Povpraševanje 20/0909

ŠEMPETER PRI GORICI, 11.12.2020

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. N009592	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA S Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane, brez pudra. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10.	5.000 KOS	14.12.2020		
2. N009593	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA M Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane, brez pudra. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10.	15.000 KOS	14.12.2020		
3. N009594	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA L Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane, brez pudra. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10.	10.000 KOS	14.12.2020		
4. N009595	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA XL Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane, brez pudra. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10.	1.000 KOS	14.12.2020		
Skupaj : EUR					

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremito z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 14.12.2020 do 12:00

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.
- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.
- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

Sestavil povpraševanje:

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm