

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 19.11.2020

Dni za plačilo:

Povpraševanje 20/0865E

ŠEMPETER PRI GORICI, 17.11.2020

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. N001404	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA S Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejšje, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvelek.	30.000 KOS	19.11.2020		
2. N001405	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA M Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejšje, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvelek.	40.000 KOS	19.11.2020		
3. N001406	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA L Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejšje, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvelek.	40.000 KOS	19.11.2020		
4. N001407	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA XL Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejšje, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano.	10.000 KOS	19.11.2020		

Skupaj : EUR

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Povpraševanje 20/0865E

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;
Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si
- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 19.11.2020 do 12:00
- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.
- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.
- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

Sestavil povpraševanje:

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm