

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 05.10.2020

Dni za plačilo:

Povpraševanje 20/0743

ŠEMPETER PRI GORICI, 03.10.2020

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. 961526	SISTEM DIHALNI AVEA IN VELA dvojno ogrevan, za aktivno vlaženje z vlažilcem BTS3167A-WILAMED s posodico kat.št. P270678 CareFusion	10 KOS	05.10.2020		
2. N005734	SISTEM DIHALNI AVEA IN VELA Z VLAŽILCEM	10 KOS	05.10.2020		
3. 958737	FILTER ZA APARAT ZA MERJENJE NO v izdihanem zraku HypAir FeNo, SPIROMETRIJO, difuzijo "MADA 59" kat.št. 30816 (a'100kos) Schiller	1 SC	05.10.2020		
4. N008708	FILTER ZA APARAT ZA MERJENJE NO v izdihanem zraku HypAir FeNo, SPIROMETRIJO, difuzijo "MADA 59" kat.št. 30816 (a'100kos) Schiller	100 KOS	05.10.2020		
5. 959447	FILTER ZA APARAT ZA MERJENJE NO v izdihanem zraku HypAir FeNo, SPIROMETRIJO, difuzijo "MADA TUBE" kat.št. 30811 (a'250kos) Schiller	1 SC	05.10.2020		
6. N008709	FILTER ZA APARAT ZA PREISKAVO PLJUČNE FUNKCIJE Filter namenjen preiskavi pljučne funkcije. Filter z ovalnim ustnikom dimenzije 18 x 34 mm. Bariera filtra ščiti pacienta, osebe in aparat pred bakterijskimi in virusnimi okužbami. Nesterilen filter, za enkratno uporabo, brez PVC in brez latexa. Filter z ovalnim ustnikom	250 KOS	05.10.2020		
7. 958726	IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ FILTRA kat.št. 011-CS-53 ICU Medical	4 SC	05.10.2020		
8. N001903	IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ FILTRA Premer vbodne igle največ 2,2 mm. Polnitveni volumen med 0,15 in 0,20 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti in ne sme imeti filtra. BK ne sme imeti zamaška. Skupna dolžina med 3 in 4 cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD. BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov.	200 KOS	05.10.2020		

Skupaj : EUR

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 05.10.2020 do 12:00

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika:najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

Sestavil povpraševanje:

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm