

**POTENCIALNI PONUDNIK**

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 01.10.2020

Dni za plačilo:

**Povpraševanje 20/0732E**

ŠEMPETER PRI GORICI, 29.09.2020

| Poz. Artikel | Naziv artikla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Količina EM | Rok dobave | Cena | Znesek |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|--------|
| 1. N001392   | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS<br>BREZ<br>PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA S<br>Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL ≤1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.  | 20.000 KOS  | 01.10.2020 |      |        |
| 2. N001393   | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS<br>BREZ<br>PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA M<br>Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL ≤1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.  | 40.000 KOS  | 01.10.2020 |      |        |
| 3. N001395   | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS<br>BREZ<br>PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA XL<br>Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL ≤1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek. | 10.000 KOS  | 01.10.2020 |      |        |
| 4. N001404   | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL<br>NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA<br>S<br>Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.                                                                                                                     | 20.000 KOS  | 01.10.2020 |      |        |

| Poz. Artikel | Naziv artikla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Količina EM | Rok dobave | Cena | Znesek |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|--------|
| 5. N001405   | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL<br>NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA<br>M<br>Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.  | 40.000 KOS  | 01.10.2020 |      |        |
| 6. N001406   | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL<br>NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA<br>L<br>Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.  | 30.000 KOS  | 01.10.2020 |      |        |
| 7. N001407   | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL<br>NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA<br>XL<br>Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek. | 10.000 KOS  | 01.10.2020 |      |        |

**Skupaj : EUR**

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremito z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 01.10.2020 do 12:00

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

Sestavil povpraševanje:

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm