

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 17.09.2020

Dni za plačilo:

Povpraševanje 20/0704D

ŠEMPETER PRI GORICI, 15.09.2020

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. N001405	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA M Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	30.000 KOS	17.09.2020		
2. N001404	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA S Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	20.000 KOS	17.09.2020		
3. N001406	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA L Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	30.000 KOS	17.09.2020		
4. N001393	ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA M Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL ≤1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	25.000 KOS	17.09.2020		

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
5. N001392	ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA S Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	10.000 KOS	17.09.2020		
6. N001394	ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA L Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	25.000 KOS	17.09.2020		

Skupaj : EUR

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremito z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 17.09.2020 do 12:00

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

Sestavil povpraševanje:

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm