

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 22.08.2020

Dni za plačilo:

Povpraševanje 20/0605D

ŠEMPETER PRI GORICI, 20.08.2020

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
1. N001406	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA L Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	30.000 KOS	22.08.2020		
2. N001405	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA M Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	40.000 KOS	22.08.2020		
3. N001404	ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA S Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	20.000 KOS	22.08.2020		
4. N001392	ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA S Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL ≤1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	30.000 KOS	22.08.2020		

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina EM	Rok dobave	Cena	Znesek
5. N001393	ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA M Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	30.000 KOS	22.08.2020		
6. N001394	ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA L Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	30.000 KOS	22.08.2020		
7. N001395	ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA XL Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3; EN 388, EN420, AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo za lažji izvek.	20.000 KOS	22.08.2020		

Skupaj : EUR

CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

DDV je zajet v ceni!

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 24ur po objavi

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

Sestavil povpraševanje:

JANJA KOVAČIČ, mag.farm.