

Aparat za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije

- moč aparata vsaj 300W
- možnost frekvence izvajanja do 500 kHz
- nevtralna elektroda ter nizkoimpedančna in visokoimpedančna elektroda
- zamenljivi aplikatorji elektrod v vsaj štirih velikostih posebej za nizkoimpedančno in posebej za visokoimpedančno elektrodo
- barvni LCD zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 8.4"
- možnost uporabe kovinske in samolepljive nevtralne elektrode
- Možnost dinamične kontrole impedance
- Možnost grafičnega prikaza prevodnosti med terapijo
- Možnost zvočne kontrole kontakta med terapijo
- Možnost izbire programov segmentirano po delih telesa
- Možnost vnosa baze pacientov
- Voziček na katerega je aparat privijačen