

Dokument: 273-46/2023

Datum: 18.9.2023

EN »Grelna blazina – 2 kos«

1. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je dobava grelnih blazin – 2 kos po priloženih specifikacijah.

V ponudbi morajo biti upoštevani tudi vsi morebitni stroški dobave.

2. Zahteve in tehnične specifikacije:

- Sistem omogoča zaščito bolnika pred podhladitvijo v operacijski dvorani in prebujevalnici.
- Lahko se uporablja za odraslo in pediatrično populacijo.
- Sestavljen je iz nadzorne enote in grelnih blazin za večkratno uporabo, ki se lahko namestijo pod bolnika ali na bolnika.
- Spodnja grelna blazina se namesti pod bolnika in mora ustrezati dimenzijam operacijske mize v ginekološkem položaju ter ima možnost fiksacije na ležišče.
- Za pokrivanje bolnika sta potrebni najmanj dve pokrivni blazini velikosti 75-80cm x 40-45cm, ki se ju lahko uporablja za pokrivanje trupa, rok ali nog
- Ustrezna oznaka blazin in spojnih kablov, da ob spajanju z nadzorno enoto ne pride do napake.
- Razpon temperature od 35°C do 40°C za spodnjo in 37°C do 43°C za pokrivno blazino.
- Možnost priklopa temperaturne sonde na nadzorno enoto.
- Možnost avtomatske regulacije telesne temperature.
- Energija se dovaja v blazine preko polprevodnega polimera, proces nadzoruje senzorski sistem.
- 7 – 10 palčni zaslon na dotik na nadzorni enoti s prikazom temperature posameznih blazin.
- Možnost samotestiranja enote.
- Nadzorna enota omogoča regulacijo temperature za vsako blazino posebej ali nastavitve vseh blazin na enako temperaturo.
- Sistem za ogrevanje se lahko uporablja tudi pri rentgenskim slikanjem.
- Sistem ne moti delovanja ostalih naprav.
- Možnost čiščenja blazin in nadzorne enote z razkužili za čiščenje površin v bolnišnici.
- Politje grelnih blazin z antiseptiki za pripravo operativnega polja ne sme povzročiti njihove okvare.

- Uporabnost grelnih blazin najmanj 2 leti.

3. Rok dobave:

60 dni od prejema naročila.

4. Garancija

Garancijska doba 24 mesecev.

5. Način plačila

30 dni po uspešno opravljeni primopredaji.

Naročnik si pridržuje pravico do neoddaje naročila. V primeru, da prispeta dve ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik izbral tisto, ki je prispela prva.

Merilo za izbor: ustrezna ekonomsko najugodnejša ponudba (skupna vrednost za celotno naročilo)

Rok za oddajo ponudbe: petek, 22.9.2023 do 12.00 ure.

Ponudnik mora priložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti.

Dobavljena oprema mora biti nova.

Ponudnik mora poleg lastne ponudbe priložiti še izjave, ki so priložene povpraševanju.

Hvala in lep pozdrav.