

Specifikacija aparata za lasersko terapijo

- moč aparata (CW): nastavljiva 1-30W
- valovna dolžina 1064nm
- frekvenca: nastavljiva, 1-20KHz
- skenirajoč robotski sistem za prostoročno uporabo
- velikost področja delovanja skenerja 1 – 500cm²
- vgrajena IR kamera za merjenje temperature tkiva
- duty factor: 25% - 75 %
- načini delovanja CW, PW, TMP, ISP, SP
- nastavljiva velikost ročnika 10-30mm
- nastavljanje jakosti na ročniku
- varnostno stikalo za prekinitev terapije
- možnost reguliranja parametrov med izvajanjem terapije
- 8,4" zaslon občutljiv na dotik