

POTENCIALNI PONUDNIK

Šifra partnerja: 999999

Tel./Fax:

ID št. za DDV partner:

Pogodbeni rok: 24.04.2026

Dni za plačilo:

Povpraševanje 26/0126

ŠEMPETER PRI GORICI, 23.04.2026

Poz. Artikel	Naziv artikla	Količina	EM	Rok dobave	Neto cena	Znesek
1. 962163	SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO CH 10 12CM brez vrečke Cystofix kat.št. 4450120 B.Braun (sc=10kos)	10	KOS	24.04.2026		0,00
2. N006080	SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO CH 10 1- lumenski kateter brez balončka iz poliuretana ali silikona več drenažnih očeh 1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 10 z več drenažnimi očesi, CH 10,dolžine 50 cm, več drenažnih očes in pigtail konico; v kompletu še introduktor -vbodna igla,objemka za klemanje, zbiralna steklenička za vzorec urina, drenažna vrečka za urin, lahko tudi set za suprapubično drenažo: 1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 10 z več drenažnimi očesi,pigtail konica, dolžine 55cm, v setu z urinsko vrečko (2L, z nepovratno valvulo, T izpustom, dovodna cev 90 cm), punkcijsko iglo dolžine 120 mm. skalpelom, lepilnim trakom in objemko za klemanje, v sterilnem omotu. Lahko tudi suprapubični set, ki vsebuje enakovreden kateter in trokar, ne vsebuje pa objemke za klemanje, zbiralne stekleničke za vzorec urina, drenažne vrečke za urin in prednapolnjene brizge, vendar se bo ustreznost ugotovila skozi vzorčenje.	10	KOS	24.04.2026		0,00
3. 463941	FILTER INTRAPUR LIPID 1,2 mikrona kat.št. 4099702 B.Braun (sc=50kos)	2	SC	24.04.2026		0,00
4. N009847	FILTER INTRAPUR LIPID Funkciji filtra sta zadrževanje delcev > 1,2 µm in gliv ter odzračevanje (dve 0.02 µm hidrofobni PTFE membrani, katerih namen je zmanjšati tveganje za zračno embolijo ne glede na položaj filtra; hidrofobna značilnost membrane blokira prehod zraka in uspešno odvaja odvečni zrak iz sistema). Priključki na obeh straneh filtra z luer ključavnicami; premer cevi: 2,0 x 4,1 mm (PVC, brez DHP); skupna dolžina seta: 31 cm; ohišje filtra za polnjenje: 2,4 ml; volumen polnjenja (vključno s cevmi): 3,46 ml; pretok (vodna dist.): 100 ml / min; odpornost na tlak do 2 bara (ohišje filtra z razpočnim tlakom 3,1 bar); brez DEHP; uporaba filtra do 24 ur. Lahko se ponudi enakovreden filter s premerom cevi 3 x 4,1 mm iz poliuretana, celoten polnilni volumen je 3,4 mL, odpornost na tlak do 2,5 bar.	100	KOS	24.04.2026		0,00
5. 950246	LONČEK 250G s pokrovom na navoj premer lončka min 9cm, lonček mora biti vsaj tako visok, da lahko nanj nalepimo 2,5 cm visoko signaturo dovoljeni materiali so: HDPE (polietilen visoke gostote), LDPE (polietilen nizke gostote), PP (polipropilen),pokrov mora biti skupaj z vsakim lončkom-sestavljeno in ne ločeno posebej.Lonček bo izbrala strokovna komisija na osnovi vzorca ali preteklih izkušenj z določenimi dimenzijami lončkov.	100	KOS	24.04.2026		0,00

Skupaj : EUR

IZ PONUDBE NAJ BO RAZVIDEN % TER VREDNOST POPUSTA!

CENE naj bodo BREZ DDV-ja!!!

Dostavite v Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.

Druge zahteve naročnika:

Cena brez DDV z navedbo stopnje DDV-ja!

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;

Splošna bolnišnica, "Dr. Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici

LEKARNA:

- e-mail lekarna@sbng.si

- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:

- Rok za oddajo ponudbe: 24.04.2026 do 12:00

- Navedba količine na zalogi - dobavni rok

- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena.

- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.

Sestavil povpraševanje:

META ČERMELJ, mag.farm.